

ПОГОДЖЕНО:

Директор

КНП «Машівський центр ПМСД»

23.03.2026 р.

Валентина ГИЗИЛА

23.03.2026



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі щодо проведення процедури відкритих торгів з особливостями по закупівлі

Медичне обладнання: Плантограф ПЗ-01 М (НК 024:2023: 37212 - Система терапевтична для подіатрії); (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та виробни медичного призначення різні)

Замовник :

Комунальне некомерційне підприємство "Машівський Центр первинної медико-санітарної допомоги" Машівської селищної ради Полтавської області

Код за ЄДРПОУ: 38487180

Предмет закупівлі:

Медичне обладнання: Плантограф ПЗ-01 М (НК 024:2023: 37212 - Система терапевтична для подіатрії); (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та виробни медичного призначення різні)

Обґрунтування доцільності закупівлі.

Плантограф ПЗ-01М призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики та моніторингу ортопедичних захворювань стоп у дітей та дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) та взуття.

Платформа «Плантографа ПЗ-01М» дозволяє візуально:

- оцінити поздовжнє та поперечне склепіння стоп;
- оцінити завал стоп усередину (гіперпронація) або назовні (надлишкова супінація) переднього та заднього відділів стоп;
- визначення перевантажених ділянок стопи (натоптиші, сухі мозолі);
- оцінити реакцію склепінь стопи та зміни положення п'яtkової кістки при функціональних тестах ("сидячи", "стоячи двоопорно", "стоячи одноопорно" тощо);
- оцінити стан стоп та ступеня їх деформації;
- визначити зони локальних навантажень стоп.

Плантограф для експрес-діагностики патології стоп містить горизонтальну, плоскoпаралельну опорну пластину для розміщення стоп, виготовлену з оптично-прозорого матеріалу та встановлену під нею, під кутом до опорної пластини дзеркало. Опорна пластини та дзеркало встановлені на металевій рамі у гумових ущільненнях. Пристрій дозволяє

підвищити точність визначення деформацій стоп за високої контрастності отриманого зображення, особливо під час масових досліджень, простоті та інформативності дослідження та його загальнодоступності. Завдяки простоті конструкції використовується для діагностичних кабінетів, медичних центрів та інших лікувально-профілактичних закладів.

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої замовником та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість закупівлі: 155 000,00 гривень.

Строк поставки – до 30.06.2026 р.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Загальні характеристики

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

1. Плантограф ПЗ-01 М*

Кількість: 10 шт.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність вимогам: ТАК/НІ
1. Загальні, гарантійні вимоги, вимоги до документації			
1.1	Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	Наявність, надати копію відповідного документу	
1.2	Гарантійний листа Виробника, або його представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.	Наявність, надати копію відповідного документу	
1.3	Паспорт, або інструкція із застосування українською мовою	Наявність, надати копію відповідного документу	
1.4	Гарантійний термін експлуатації виробу з моменту введення в експлуатацію	12 місяців	
1.5	Рік виготовлення	Не раніше 2024 р.	
1.6	Країна походження (виробництва) товару	Всі, за виключенням: Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран	

2. Технічні характеристики

2.1	Короткий опис виробу, призначення	Для експрес-діагностики патології стоп, містить горизонтальну, плоскопаралельну опорну пластину для розміщення стоп, виконану з оптично прозорого матеріалу і встановлене під нею, під кутом до опорної пластини, дзеркало. Опорна пластинка і дзеркало встановлені на металевій рамі в гумових ущільненнях. Блок освітлення виконаний у вигляді двох світлодіодних LED стрічок, розташованих на протилежних сторонах рами. Пристрій дозволяє отримати зображення з високою контрастністю, що підвищує точність визначення деформацій стоп.	
2.2	Габаритні розміри (Ширина x Глибина x Висота), мм:	450x450x250 мм	
2.3	Розміри майданчика для стоп, мм:	420 x 420 мм	
2.4	Кут нахилу відбиваючого дзеркала, град.:	15	
2.5	Матеріал виготовлення каркасу:	Профільна труба 25x25 мм	
2.6	Кількість світильників та їх параметри:	2 світильника, потужність 2x10 Вт, 12 V	
2.7	Вага, кг	Не більше 15 кг	
2.8	Максимальне навантаження на робочу поверхню, кг	Не більше 150 кг	
2.9	Комплектація	Корпус металевий - 1 шт. Опорне скло - 1 шт. Відбиваюче дзеркало - 1 шт. Світлодіодні LED стрічки - 2 шт. Блок живлення - 1 шт. Паспорт - 1 шт.	
2.10	Фото з мережі інтернет для зразка		
2.11	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропонований учасником товар.	Вимога обов'язкова	

Уповноважена особа

Фахівець з держ авних закупівель



Олена Хорольська